

Milano, 13 luglio 2016

Prot. n. 8315/2016

RETTIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI DI GARA

“Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di dispositivi medici per pazienti diabetici – ARCA_2016_92.1”

Il Direttore Generale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti

- **visto** l’art. 1, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, che attribuisce ad ARCA S.p.A., in qualità di centrale di committenza, le funzioni di Centrale Regionale Acquisti e SUA;
- **visto** l’art. 1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30;
- **visto** l’art. 1, comma 455, della Legge 21 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale prevede che *“Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, delle Amministrazioni locali, delle Amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”*;
- **considerato** che la Legge n. 5, art. 6, comma 12, lettera a), del 31 luglio 2013 Regione Lombardia ha disposto che le funzioni di Centrale di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi a favore dei soggetti indicati nell’art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006 siano svolte da Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.;
- **considerato** che la Legge n. 33, art. 1, comma 4, lettera b), del 28 dicembre 2007 Regione Lombardia dispone che *“L’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., sulla base della programmazione integrata di cui al comma 3 ter e con riferimento alle esigenze degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, provvede, in particolare a: ... b) aggiudicare appalti pubblici di lavori, forniture e servizi destinati ad uno o più soggetti di cui al comma 3”*;
- **considerato che** la Legge n. 33, art. 1, comma 3-bis), del 28 dicembre 2007 Regione Lombardia dispone che *“all’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., sono attribuite le funzioni di Stazione Unica Appaltante ai sensi dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011 operando, per le finalità e con le modalità stabilite dalla normativa statale e regionale, per l’acquisizione di beni, servizi e lavori per conto dei soggetti aderenti”*;
- **considerata** la DGR n. X/4709 del 29 dicembre 2015 con cui è stato approvato il programma annuale di attività degli Enti, Aziende dipendenti e Società in house;
- **vista** la Determina n. 6042/2016 del 24 maggio 2016 con la quale si è proceduto all’indizione della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di dispositivi medici per

pazienti diabetici, da destinare agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii., denominata gara "ARCA_2016_92.1 Gara per la fornitura di dispositivi medici per pazienti diabetici";

- **preso atto** dei ricorsi pervenuti da parte delle società ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA e A. MENARINI DIAGNOSTICS Srl e delle osservazioni sollevate dalla società JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. nonché da parte della società ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA;
- **rilevato che** nei predetti documenti si manifesta:
 - per il lotto 2 - Siringhe monouso per insulina – Volume e Gauge vari, la non applicabilità sia della norma ISO 7886-1:1998 in quanto non riguardante le siringhe da insulina che della norma ISO 7864:1995 in quanto riferita ad aghi aventi diametro esterno pari a 0,3 mm (ovvero 30 Gauge) e 1,2 mm (ovvero 18 Gauge);
 - per i lotti dal nr. 3 al nr. 7 relativi ad Aghi per penna insulinica (diametri e lunghezze dell'ago differenti), la non applicabilità della norma ISO 7864:1995 in quanto riferita ad aghi aventi diametro esterno pari a 0,3 mm (ovvero 30 Gauge) e 1,2 mm (ovvero 18 Gauge);
 - per il lotto 8 - Sistema di prelievo del sangue capillare - Lancette pungidito e dispositivi di sparo compatibili per l'esecuzione del prelievo del sangue capillare per la misurazione della glicemia – da 30 G e/o superiore, la non applicabilità della norma ISO 7864:1995 in quanto riferita ad aghi aventi diametro esterno pari a 0,3 mm (ovvero 30 Gauge) e 1,2 mm (ovvero 18 Gauge);
 - per il lotto 11 - Sistema di rilevazione della glicemia nel sangue e relative strisce reattive con funzionalità avanzate, la discrepanza nel Disciplinare di gara tra la somma dei punteggi tecnici attribuibili per la valutazione del Lotto 11 pari a 65 punti ed il totale massimo di punti tecnici previsto dallo stesso Disciplinare di gara e pari a 60;
- **vista** la nota del Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Gare protocollo n. 8277/2016 del 13 luglio 2016 agli atti dell'amministrazione inerente la necessità di rettificare il Capitolato Tecnico laddove prevede quale requisito minimo essenziale la norma ISO 7886-1:1998 per il lotto 2 e la norma ISO 7864:1995 per i lotti 2, 3, 5, 6, 7 e 8 ed il Disciplinare di gara con riferimento alla griglia dei punteggi tecnici relativa al lotto 11 "Sistema di rilevazione della glicemia nel sangue e relative strisce reattive con funzionalità avanzate";
- **considerati** i poteri attribuiti al Direttore Generale con delibera del Consiglio di Amministrazione di ARCA S.p.A. del 25.06.2014 e del 17.07.2014;
- **valutate e fatte proprie** le considerazioni contenute nella nota sopra richiamata;

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

DETERMINA

1. di approvare i documenti “ARCA_2016_92.1_Glic_Capitolato_tecnico Rettificato” e “ARCA_2016_92.1_Glic_Disciplinare_gara Rettificato”, modificati nei termini elencati nella nota del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 8277/2016 del 13 luglio 2016 e che qui si intende integralmente confermata;
2. di approvare il documento “ARCA_2016_92.1_Avviso di Rettifica_Riapertura termini” che comunica la revisione dei termini di scadenza come di seguito riportato:
 - Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 05/09/2016 Ora: 15:00;
 - Modalità di apertura delle offerte: 06/09/2016 Ora: 11:00;
 - Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine: 29/08/2016 Ora: 10:00;

Allegati:

3. ARCA_2016_92.1_Glic_Capitolato_tecnico Rettificato
4. ARCA_2016_92.1_Glic_Disciplinare_gara Rettificato
5. ARCA_2016_92.1_Avviso di Rettifica_Riapertura termini

Il Direttore Generale

Ing. Luciano Zanelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate